

IEC SYSTEM FOR CONFORMITY TESTING
AND CERTIFICATION OF ELECTRICAL
EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTÈME CEI D'ESSAIS DE CONFORMITÉ
ET DE CERTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES (IECEE)
METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switching Power Supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

FSP Group Inc.
6F-1, No. 487, Ta Yu Road
ROC Taoyuan Hsien, Taiwan

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

FSP Group Inc.
6F-1, No. 487, Ta Yu Road
ROC Taoyuan Hsien, Taiwan
see appendix

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Rating and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

AC 100-120/200-240V; 60/50Hz; Class I
1) 8/4A; 2) 6/3A

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

FSP

Model/type Ref.
Ref. de type

1) FSP300-60MD
2) FSP200-60MD

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

see appendix

A sample of the product was tested and
found to be in conformity with
*Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la*

PUBLICATION
IEC 60601-1:1988+A1+A2

EDITION

as shown in the Test Report Ref. No.
which form part of this certificate
*comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence
qui constitue une partie de ce certificat*

E 2011775 E 01

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



**TÜV Rheinland
Product Safety GmbH**


Am Grauen Stein

51105 Köln

Date 09.08.2000

Signature

T. Esdohr
Dipl.-Ing. Esdohr



Appendix to CB Certificate Ref. No.: DE 2-003696

The sample of the product was tested and found to be in compliance with the national deviations of:

- Australia, Austria, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, India, Israel, Italy, Netherlands, Norway, Sweden and USA.

Brief description of the test sample:

The equipment models FSP300-60MD and FSP200-60MD are Switching Power Supplies for general use for computers used in medical electrical systems.

The o/p is specified as follows:

<u>Model</u>	<u>Output rating</u>
FSP300-60MD	DC+5V/30.0A; +12V/10.0A; +3.3V/14.0A -5V/0.3A; -12V/0.8A; +5Vsb/2.0A power for outputs +3.3V & +5V: 160W max. Total output power: 300W max.
FSP200-60MD	DC+5V/18.0A; +12V/6.0A; +3.3V/14.0A -5V/0.3A; -12V/0.5A; +5Vsb/2.0A power for outputs +3.3V & +5V: 110W max. Total output power: 200W max.

The models are identical except for type designation, output ratings, fuse (F1, F2), storage capacitor (C1, C2), FL1, FL3, transformer (T1), varistor (M1, M2) and TH1.

Production factory:

Shenzhen Huili Electronics Co., Ltd.
Blk C, Bldg. 7, County 73,
Baoan Shenzhen, Guangdong, China

Date: 2000-08-09

Signature:

